

Наборы гирь классов точности E₁, E₂, F₁, F₂, M₁

Наборы гирь

Изготавливаются двенадцать видов наборов гирь различной комплектации классов точности E₁, E₂, F₁, F₂, M₁. Гирь, входящие в наборы, имеют те же отличительные признаки, что и отдельные гири соответствующих классов точности

Наборы гирь поставляются в футлярах, вместе с необходимыми принадлежностями (х/б перчатки, пинцет, кис-точка и т.д.).



Номенклатура и состав наборов гирь

Наборы гирь	E ₁	E ₂	F ₁	F ₂	M ₁	Состав набора гирь	
						МГ	Г
1 мг - 500 мг	x	x	x	x	x	МГ	1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500
1 мг - 5 г	x	x	x	x	-	МГ Г	1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 1, 2, 2, 5
1 мг - 100 г	x	x	x	x	-	МГ Г	1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100
1 мг - 500 г	x	x	x	x**	-	МГ Г	1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500
10 мг - 500 г	-	-	-	-	x	МГ Г	10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500
1 мг - 1 кг	x	x	x	x	-	МГ Г кг	1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 1
10 мг - 1 кг	-	-	-	-	x	МГ Г кг	10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 1
10 мг - 5 кг	-	-	-	-	x	МГ Г кг	10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 1, 2, 2, 5
1 г - 500 г	x	x	x	x	x	Г	1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500
1 г - 1 кг	x	x	x	x	x	Г кг	1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 1
1 г - 100 г	-	-	x*	-	-	Г	1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100
1 кг - 10 кг	-	x	x	x**	x	кг	1, 2, 2, 5, 10

x наборы гирь выпускаются серийно.

- наборы серийно не выпускаются.

* Набор (1 г - 100 г) F₁ – аналог набора Г- 2 - 210,

** Наборы (1 мг - 500 г) F₂ и (1 кг - 10 кг) F₂ – аналоги комплекта Г- 3 - 21111,10.

По специальному заказу могут быть изготовлены наборы другой комплектации в соответствии с ГОСТ 7328-2001

Комплект поставки:

В комплект поставки гирь и наборов из них входит паспорт, в котором приводятся: номинальное и действительное значение массы гири, поправка к номинальному значению массы гири; свидетельство о приемке;

заключение о поверке, удостоверенное личной подписью и клеймом государственного поверителя (для гирь классов точности F₁ и F₂).

Для гирь классов точности E₁ и E₂ в комплект поставки входит свидетельство о поверке.